AYGEN TEKNİK	**HİZMET KAPSAMI LİSTESİ**	**Doküman No**	LS.03		
		Yayın Tarih	08.08.2018		
		Revizyon Tarihi	-	**Rev No**	00

SIRA NO	KAPSAM / METOT	ÖLÇÜM BÜYÜKLÜĞÜ	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÖLÇÜM ŞARTLARI	KALIBRASYON VE ÖLÇÜM YETENEĞI	AÇIKLAMALAR
1	TS EN ISO 7500-1	* Malzeme Test Makineleri – Çekme/Basma Test Makineleri	10 N ≤ F ≤ 10 kN	0,5 Sınıf (en fazla) Yük Hücresi ile Basma ve Çekme	0,16 %	***Akredite***
			10 N ≤ F ≤ 500 N	Ölü Kütle ile Çekme	0,10 %	***Akredite***

(*) Müşterinin yerinde verilen hizmetler

REVİZYON/DEĞİŞİKLİK

Revizyon/ Değişiklik No	Revizyon / Değişiklik Tarihi	Açıklama
00	-	Ilk Yayın
Rev.00/ 01	24.06.2019	Kapsam Beyanı R.20-06'ya göre güncellenmiştir.
Rev.00 / 02	02.09.2019	Kuvvet Kalibrasyonunda Referans Donanım olarak kullanılan "Ölü Kütle" ve"Load Cell" için ayrım yapıldı.
Rev.00 /03	13.07.2020	TS EN ISO 7500-1 "Akredite" olarak ifade edildi.

Hazırlayan : Kalite Müdürü	**Onaylayan:** Genel Müdür